# VaPro

Sonde hydrophile à usage unique

## Le système urinaire masculin







1 Les reins filtrent les déchets du sang et produisent l'urine.

2 L'urine est transportée des reins vers la vessie par les uretères.

3 Les deux principales fonctions de la vessie sont le stockage et la vidange des urines. La vidange de la vessie implique la coordination de muscles volontaires et de muscles autonomes et nécessite un système nerveux intact.

4 L'urine passe alors dans l'urètre et est expulsée en dehors du corps.

## Positions possibles pour la pratique de l'autosondage



Assis sur la chaise roulante, devant les toilettes, en faisant basculer le bassin en avant.

Assis sur les toilettes.

Debout, à côte ou devant les toilettes.

Hollister Suisse
Bernstrasse 388
8953 Dietikon

044 730 45 05
info@hollister.ch

Hollister

# VaPro
## Mode d'emploi homme

Lavez-vous les mains.




Ouvrez l'emballage en tirant doucement vers le bas sur le fil d'ouverture.




Laissez l'emballage sur une surface plane ou collez-le sur un mur.

Nettoyez le méat urinaire de haut en bas à l'eau et au savon ou avec une lingette humide ou avec du désinfectant comme enseigné par votre équipe soignante.

Enlevez le capuchon.




Si vous vous sondez en position debout, dirigez la sonde vers les toilettes ou connectez-la à une poche de recueil.

Poussez la sonde dans la gaine protectrice, sans la faire sortir de la gaine.




Pincez le bout de la verge pour ouvrir le méat. Insérez la gaine protectrice puis faites progresser la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie. Laissez s'écouler l'urine. Retirez la sonde doucement.




Jetez la sonde dans un endroit approprié.

Lavez-vous les mains.

## Notes

Hollister